



CLÍNICA
GENERAL
DEL NORTE

Un compromiso con la vida



Manejo del sistema de drenaje Hemovac

Se utiliza para eliminar los líquidos que se acumulan en una zona del cuerpo tras someterse a una cirugía.

Se trata de un dispositivo circular conectado a una sonda. Un extremo de la sonda irá en tu interior y será puesto durante la cirugía; el otro extremo sale a través de una pequeña incisión en tu piel y se conecta al dispositivo.

Para mantener la sonda en su sitio, a veces es necesario poner uno o varios puntos de sutura y un vendaje que en algunos casos deja de ser necesario pasadas las primeras 24 horas de la operación.



Objetivo del drenaje Hemovac

- Eliminar la acumulación de líquidos.
- Prevenir la formación de hematomas y seromas.
- Reducir la contaminación de las heridas.

¿Cómo funciona el drenaje Hemovac?

El dispositivo es plano y genera una succión en la sonda. A medida que se llena de líquido, este se expande.

El médico te dirá cómo mantener y cuidar el drenaje en casa. Lo habitual es que deba vaciarse cuando esté lleno hasta la mitad, aproximadamente cada 4/8 horas.



Para vaciar el tubo de drenaje

- 1 Limpíate bien las manos con agua y jabón o con limpiador a base de alcohol.
- 2 Usa guantes de manejo.
- 3 Desabrocha el tubo de drenaje Hemovac de tu ropa.
- 4 Pinza el extremo del tubo que va hacia el dren.
- 5 Quita la tapa.
- 6 No permitas que la tapa o la parte superior de la abertura del tubo de drenaje toque alguna superficie. Si sucede, limpia la tapa con alcohol.
- 7 Voltea el dren y presiónalo. Vierte todo el líquido del recipiente en la taza medidora. Puede ser necesario voltearlo 2 o 3 veces para que salga todo.

- 6 Coloca el recipiente en una superficie limpia y plana. Presiónalo con una mano hasta que quede aplastado. Con la otra mano, pon la tapa de nuevo en el pico.
- 7 Despinza el dren.
- 8 Asegura de nuevo el tubo de drenaje Hemovac a tu ropa.
- 9 Anota la fecha, la hora y la cantidad de drenaje que vaciaste del recipiente. Lleva esta información contigo a la cita de control.
- 10 Vierte el líquido dentro de la taza del baño y vacía el agua.
- 11 Lávate las manos de nuevo.



Signos de alarma

- Los puntos de sutura que sostienen el tubo de drenaje a la piel se están aflojando o ya no están.
- El tubo se cae.
- La piel está muy roja por donde el tubo de drenaje sale (algo de enrojecimiento es normal).
- Su temperatura es superior a (38.0°C) o más.
- Hay drenaje de la piel alrededor del sitio del tubo.
- Hay más sensibilidad e hinchazón en el sitio del drenaje.



- El líquido es opaco o tiene mal olor.
- La cantidad de líquido aumenta por más de 2 días seguidos.
- El líquido repentinamente deja de salir después de haberse mantenido constante.
- Se presenta mucho dolor que no mejora con analgesia.



Recomendaciones



- Limpia diariamente el sitio de inserción del dren con agua y jabón.
- Descarta el contenido cada 12 horas o según orden médica.
- Conserva el vacío, luego de evacuar el dren.
- Lávate las manos antes y después de manipular el dren.
- Evalúa periódicamente el sistema para detectar desconexiones accidentales o pérdidas del vacío.
- Evalúa continuamente las características del drenaje.
- No apliques cremas ni soluciones en el sitio de inserción del dren.



EDUCARTE, CAE BIEN

Programa de Educación al Paciente

Teléfono: (605) 3091999 Ext. 11059

www.clinicageneraldelnorte.com